

# गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. ब्यापास

पी.बी.नं. 2277, पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन-682 025, भारत



# QUALITY EVALUATION LABORATORY SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

Sugandha Bhavan, N.H. By-pass

P.B. No. 2277, Palarivattom P.O.

COCHIN - 682 025, INDIA

## स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD कोची/ KOCHI

18-12-2020

### शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM

विषय : स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए वापस खरीद पर  
की खरीद - तकनीकी विनिर्देशन में परिवर्तन

एचपीएलसी सिस्टम

Sub: Procurement of HPLC Systems for Quality Evaluation Laboratories of  
Spices Board on buyback - Change in the technical specification

संदर्भ निविदा संख्या : एसबी/क्यूईएल/मुंबई/एचपीएलसी/2020 दिनांक 06-10-2020

एमएसटीसीएल निविदा संख्या : SPICEB/20-21/ET/3

References: Tender No. SB/QEL/MUMBAI/HPLC/2020 Dated: 06.10.2020

MSTCL Tender No. SPICEB/20-21/ET/3

विक्रेताओं से इस निविदा के लिए अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करते समय निम्न परिवर्तनों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।  
Venders are requested to consider the following changes while submitting their bids for

this tender

| Pump   |  |
|--|--|
| 3. Suitable for nano, micro and semi-micro separations | This specification is deleted                  |
| 5. Resolution- 3 nanoliter per step                    | This specification is deleted                  |
| 10. Pulsation 0.1 MPa                                  | Pulsation < 0.2 MPa                            |
| Autosampler  |  |
| 10. Operating pH range 1 - 14                          | Operating pH range 1-12 or better (Specify)    |
| Degasser   |  |
| 2. degassed flow-line capacity 380ul                   | This specification is deleted                  |
| Column Oven  |  |
| 1. Temperature control from 4-85 °C                    | Temperature control from 5-85 °C               |
| 4. Storage capacity - minimum 3 columns                | Storage capacity - minimum 2 columns           |
| Fluorescence Detector                                  |  |
| 2. Wavelength range - 200nm to 650nm                   | 2. Wavelength range - 200nm to 650nm or better |

वैज्ञानिक-सी (प्रभारी क्यूईएल)  
Scientist-C (QEL in- charge)



ISO 9001-2008  
FS 37812



ISO 14001 : 2004  
EMS 52774



ISO/IEC 17025  
T-0729 - Chemical Testing  
T-0730 - Biological Testing

Phone : 0484-2333610 to 13/16, 2340180

Fax : 0484-2331213

E mail: spicesboard@vsnl.com

sbqelkochi@gmail.com

Website : www.indianspices.com